

Non-automatic weighing instrument

nieautomatyczny przyrząd do ważenia

neautomatické váhy



Manufacturer, <i>producent, výrobce</i>	RINSTRUM Europe GmbH, Langenfeld, Germany
Typ, Model <i>rodzaj/model, typ/modelka</i>	R420_WE50
Serial number <i>numer seryjny, sériové číslo</i>	3345317
Type approval certificate <i>świadectwo homologacji typu osvědčení o schválení typu</i>	T6822
Notified body <i>organ zawiadomiony, oznámeným subjektem</i>	Nederlands Meetinstituut (NMI Certin BV), 0122
Place/country of use <i>miejsce/kraj użytkowania, místo/země použití</i>	Poland
Gravity g	9,81 m/s <sup>2</sup>
Rinstrum Verification Officer	Marcin Czekala, rvo3211-01

This scale complies with the type described in the type examination certificate and the requirements of the applicable EU directives,

*Ta skala jest zgodna z typem opisanym w certyfikacie badania typu i wymaganiami stosownych dyrektyw UE, Tato stupnice odpovídá typu popsanému v certifikátu přezkoušení typu a požadavkům příslušných směrnic EU,*

2014/31/EU (NAWI); 2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS)

The following harmonized standards have been taken into account

*Uwzględniono następujące zharmonizowane normy*

*Byly zohledněny následující harmonizované normy*

EN45501:2015; OIML R76 (2006)

EN 61000-3-2:2014 / -3-3:2013; EN 61000-6-2:2005 / -6-4:2007;

EN 61326-1:2013; EN 61010-1:2010

The conformity assessment of the above-mentioned weighing instrument has been performed by the manufacturer in accordance with its quality management system, ISO 9001:2015, Certificate No. SGS AU95/0298. This QM system has been assessed by the Notified Body NMI No. 0122 and recognized as complying with the provisions of Directive 2014/31/EU Annex II Module D.

*Ocena zgodności wyżej wymienionego urządzenia ważącego została wykonana przez producenta zgodnie z jego systemem zarządzania jakością, ISO 9001: 2015, Certyfikat nr SGS AU95 / 0298.*

*Ten system zarządzania jakością został oceniony przez jednostkę notyfikowaną NMI nr 0122 i uznany za zgodny z przepisami dyrektywy 2014/31 / UE załącznik II modul D,*

*Posuzování shody výše uvedeného vážení bylo provedeno výrobcem v souladu se svým systémem řízení jakosti ISO 9001: 2015, certifikát č. SGS AU95 / 0298. Systém QM byl posuzován notifikovanou osobou NMI č. 0122 a uznán jako vyhovující požadavkům směrnice 2014/31 / EU Příloha II Modul D.*

-----  
General Manager

26.05.2023

-----  
issuing date

*Oficjalnym językiem dokumentu jest język angielski, inne języki objaśniają ten dokument. Úředním jazykem dokumentu je angličtina, tento dokument vysvětlují další jazyky.*